

DL-2710/09/2020

Rzeszów, 22.05.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie”, Nr postępowania: DL-2710/09/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 18

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z treścią wspomnianego punktu podania opisanej tamże wartości?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny Oferowane parametry, celem podania wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał podania wartości jedynie w przypadku wykropkowanych pól.

2. Pytanie nr 2:

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 47

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z treścią wspomnianego punktu podania opisanej tamże wartości z uwagi, iż jest to parametr oceniany?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny Oferowane parametry, celem podania wartości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał podania wartości.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Pkt 47 w polu „Oferowane parametry” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

.....
(proszę podać wartość)

3. Pytanie nr 3:

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 56

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z treścią wspomnianego punktu podania opisanej tamże wartości?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny Oferowane parametry, celem podania wartości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał podania wartości.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:


Pkt 56 w polu „Opis parametrów” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej.

4. Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 81

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z treścią wspomnianego punktu podania opisanej tamże wartości?



W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny Oferowane parametry, celem podania wartości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał podania wartości.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Pkt 81 w polu „Opis parametrów” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Szerokość czoła głowicy – zakres szerokości 55 - 60 mm

5. Pytanie nr 5:

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkty 84. i 89

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, podania nazw głowic?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny Oferowane parametry, celem podania wartości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał podania nazw głowic.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Pkt 84 i 89 w polu:

- „Wymagana wartość graniczna” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

TAK, Podać model

- „Oferowane parametry” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„.....”

6. **Pytanie nr 6:**

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 109 oraz pozostałych, których dotyczy

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i wskazanie miejsca, w którym wykonawca ma wpisać zadeklarowany termin gwarancji.
Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ nie uwzględniają takiej pozycji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał podania długości gwarancji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Pkt 109 w polu „Oferowane parametry” Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

.....
(proszę podać długość gwarancji)

7. **Pytanie nr 7:**

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punkt 113 oraz pozostałych, których dotyczy

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia Certyfikatu CE oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i użytkowania wraz z dostawą aparatu.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 11 lit. e) Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, Wykonawca ma dostarczyć Certyfikaty CE Zamawiającemu przed podpisaniem przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

8. **Pytanie nr 8:**

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał opcję DICOM 3.0.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał wbudowaną funkcję DICOM 3.0, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

9. Pytanie nr 9:

Dotyczy zapisów SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ § 4 ust. 17, 18 oraz § 5 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od treści tych zapisów.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem usługi serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia wiąże się z nie wypełnieniem instrukcji jego użytkowania. Przekłada się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania Sprzętu i ryzyko powstania incydentów medycznych.

Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pytanie nr 10:

Dotyczy zapisów SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ § 5 ust. 1a) 1c)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych w ust. 1a) na 10%, w ust. 1c) na 0,05%.

Zwracamy uwagę, że kary mają charakter dyscyplinujący.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pytanie nr 11:

Dotyczy zapisów SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ § 5 ust. 1e)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od treści tego zapisu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Pytanie nr 12:

Dotyczy zapisów SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust. 1f)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od treści tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Pytanie nr 13:

Dotyczy zapisów SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisów tego ustępu.

Jedną z funkcjonalności oprogramowania aparatu jest tzw. funkcjonalność "serwisowa", która umożliwia odczyt informacji o błędach, wykonanie kopii, przetestowanie urządzeń peryferyjnych takich jak: ekran dotykowy czy panel przycisków oraz test płyt komunikacyjnych.

Dostęp do tej funkcjonalności wymaga zmieniającej się w czasie, np. miesięcznej czy rocznej licencji.

W związku z tym, że prawo własności do wspomnianego oprogramowania serwisowego posiada firma Canon Medical Systems Corporation, zatem jego potencjalny użytkownik jest zobowiązany do zachowania określonych wymogów wprowadzonych przez Producenta. Jednym z wymogów jest konieczność przeszkolenia użytkowników/użytkownika w zakresie obsługi tego oprogramowania.

Wiąże się to z wysokimi kosztami, które potencjalni wykonawcy będą zmuszeni doliczyć do ceny oferowanego sprzętu, co znacznie podwyższy ofertę finalną wykonawców.

Ponadto, pragniemy nadmienić, że koszt wyszkolenia pracownika serwisowego w celu obsługi jednego aparatu USG jest niewspółmiernie wysoki i znacznie przekracza koszty obsługi i serwisowania tego aparatu USG przez autoryzowany serwis producenta przez okres kilku lat.

Z ekonomicznego punktu widzenia oraz zgodnie z zasadą gospodarności rozwiązanie takie jest nieopłacalne dla Zamawiającego.

Jednocześnie, pragniemy potwierdzić, iż w ramach realizacji postanowień niniejszego zamówienia, zobowiązujemy się do "(...) udzielania niezwłocznie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników Zamawiającego po uruchomieniu przedmiotu umowy przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego urządzenia."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:



§ 7 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania niezwłocznie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników Zamawiającego po uruchomieniu przedmiotu umowy przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego urządzenia.

14. Pytanie nr 14

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (obecnie epidemii) w Polsce, na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP) w dniu 20.03.2020 r. opublikowano komunikat pt. „Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego” zawierający następujące zalecenia: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, (...)”

Wobec powyższego w związku z możliwym wystąpieniem utrudnień w dostaniu się na teren Szpitala, celem złożenia oferty w formie papierowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany przez Zamawiającego formy składania ofert w niniejszym postępowaniu z papierowej na elektroniczną.

Zwracamy uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez Zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców, a takie rozwiązanie pozwoli uniknąć możliwych komplikacji logistycznych oraz pozwoli na złożenie oferty ew. szerszemu gronu wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną w ramach niniejszego postępowania, ale nie dopuszcza elektronicznego składania ofert. Nie ma utrudnień w dostępie do sekretariatu przychodni. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie papierowej w sposób opisany w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

15. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Rozdział XII otrzymuje brzmienie:



XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia

1. Oferty należy złożyć na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3A, 35 – 310 Rzeszów, pok. 8 (Sekretariat), w terminie do **27 maja 2020 r. do godziny 11:30**. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, ul. Warzywna 3A, 35 – 310 Rzeszów, pok. 4 (świetlica) w dniu **27 maja 2020 r. o godzinie 12:00**.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
Barbara Rogowska

V