

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa densytometru kostnego wraz z montażem - ZDO-2710/9/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawca w dniu 17 września 2018 r. zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Pytanie nr 1:

Dotyczy punktu I.1 Załącznika nr 2 do SIWZ

Zamawiający dopuścił aparat z systemem gdzie dwu-energetyczność odbywa się w sposób fizyczny, ale prosimy o wprowadzenie punktacji dla rozwiązania bardziej korzystnego . Proponujemy: „Dwu-energetyczność odbywa poprzez zastosowania generatora dwu-energetycznego – 10 pkt; Dwu-energetyczność odbywa poprzez zastosowania filtra – 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

2. Pytanie nr 2:

Dotyczy punktu I.4 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o rezygnację z punktacji typu ramienia. Kształt L lub C nie ma żadnego wpływu na wykonywane badanie lub otrzymywane wyniki. Prosimy również o dopuszczenie systemu, który posiada stół ruchomy. Różni producenci stosują różne konstrukcje aparatu, zapis w w/w punkcie ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

3. Pytanie nr 3:

Dotyczy punktu I.7 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie punktacji dla w/w parametru. Proponujemy „ ≥ 200 kg – 10 pkt; < 200 kg – 0 pkt”. Takie rozwiązanie umożliwi wykonanie densytometrii u osób bardzo otyłych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

4. Pytanie nr 4:

Dotyczy punktu I.8 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego waga wynosi 311kg. Waga urządzenia nie ma żadnego wpływu na korzystanie z systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

5. Pytanie nr 5:

Dotyczy punktu I.10 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie systemu, w których dawka dla total body wynosi 0,015 mGy, dla przedramienia wynosi 0,04 mGy, a niskie promieniowanie rozproszone w odległości lampy 1m od lampy RTG wynosi 8,8 μ Gy/godz

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

6. Pytanie nr 6:

Dotyczy punktu I.11 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o zwiększenie ilości elementów detektora do min. 60 elementów. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu otrzymywanie najdokładniejszych wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

7. Pytanie nr 7:

Dotyczy punktu I.17 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wykreślenie w/w parametru. Wykonanie szybkich badań (10s) jest niezalecane ze względu na to, że otrzymane w ten sposób wyniki nie są miarodajne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

8. Pytanie nr 8:

Dotyczy punktu II.1 Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że badanie przedramienia ma być dostępne zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga żeby badanie przedramienia było dostępne dla dzieci.

9. Pytanie nr 9:

Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych Załącznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie i ocenianie parametru „Możliwość zdalnej zmiany pozycjonowania pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności przemieszczania pacjenta. TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

10. Pytanie nr 10:

Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie i ocenianie parametru „System kalibracji automatycznej pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badania niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie. TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

11. Pytanie nr 11:

Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie i ocenianie parametru „Maksymalna wolna przestrzeń pionowa między blatem stołu a ramieniem L lub C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 60cm. TAK – 10 pkt; NIE- 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

12. Pytanie nr 12:

Dotyczy pkt.5 „Gwarancja i serwis” załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych do 8 godzin (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

13. Pytanie nr 13:

Dotyczy pkt.6 „Gwarancja i serwis” załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych do 48 godzin (rozumiane jako przyjazd serwisu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

14. Pytanie nr 14:

Dotyczy pkt.7 „Gwarancja i serwis” załącznika nr 2 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek do 3 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i do 7 dni roboczych (z koniecznością sprowadzenia części zamiennych) liczonych od momentu przyjazdu serwisu.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu:

„Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

15. Pytanie nr 15:

Dotyczy ust. 6 § 3 projektu Umowy

Prosimy o wyjaśnienie jakie prace montażowo-instalacyjne Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli prace związane z montażem sprzętu. Jeżeli zaistnieje potrzeba przymocowanie densytometru do podłogi, podłączenie do sieci zasilającej itp. Zamawiający nie przewiduje robót budowlanych i prac adaptacyjnych.

16. Pytanie nr 16:

Dotyczy ust. 10 § 1 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w punktu.

Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe .

W momencie przekazania kodów serwisowych Zamawiający zobowiązuje się na podstawie umowy licencyjnej do przejęcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu z producenta aparatu na klienta, co nie tylko wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale co najważniejsze z chwilą przekazania licencji producent nie odpowiada za skutki pracy aparatu.

W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na

zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający nie planuje wykorzystywać kodów serwisowych w czasie obowiązywania gwarancji. Po okresie trwania gwarancji kody serwisowe będą wykorzystywane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

17. Pytanie nr 17:

Dotyczy ust. 16 § 1 projektu Umowy

W związku z tym, że złożenie wniosku do PSSE wymaga dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego/ Użytkownika, w tym m.in: program zapewnienia jakości, program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zakładowy plan postępowania awaryjnego, projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) oraz wentylacji (zatwierdzony przez PSSE przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej), instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów, rozumiemy i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy powyższe dokumenty, celem skomplementowania wniosku do PSSE w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty. Instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów ma obowiązek przekazać Wykonawca.

18. Pytanie nr 18:

W związku z tym, że wniosku do PWIS (Sanepid) nie można złożyć wcześniej niż po instalacji aparatu i wykonaniu testów odbiorczych (akceptacyjnych), prosimy Zamawiającego, żeby rozdzielił termin realizacji zadania na: datę dostawy i instalacji dentytometru i datę przedłożenia pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez PWIS.

Wyjaśniamy, że PWIS ma ustawowo 30 dni na zaopiniowanie złożonego wniosku, w związku z tym prosimy o dodanie dodatkowego terminu na uzyskanie decyzji z PWIS.

Proponujemy termin do 40 dni od daty instalacji i uruchomienia aparatu oraz wykonania testów odbiorczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

19. Pytanie nr 19:

W nawiązaniu do ust.1a), 1c) i 1e) § 5 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 10% wartości brutto umowy. Kara określona przez Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, jest bardzo wysoka. Należy podkreślić, iż kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący, motywować wykonawcę do wywiązywania się z warunków umowy, a nie prowadzić do osiągnięcia korzyści materialnych przez drugą stronę.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 10% wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

20. Pytanie nr 20:

W nawiązaniu do ust.1b § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy).

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

21. Pytanie nr 21:

W nawiązaniu do ust.1d § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy) w przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych.

Kara określona przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, jest bardzo wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

22. Pytanie nr 22:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego również Zamawiającego karą umowną (w wysokości, jak przewidziana dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.

23. Pytanie nr 23:

W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto, co przy tego typu zamówieniach stanowi znaczną wartość, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie


24. Pytanie nr 24:

dotyczy pkt. II.1 Inne załącznika nr 2 do SIWZ
Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że instrukcję obsługi Wykonawca ma dostarczyć wraz z dostawą sprzętu?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ma dostarczyć instrukcję obsługi wraz z dostawą sprzętu.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Białymostku

Barbara Rogowska