

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

### **Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ**

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa densytometru kostnego wraz z montażem - ZDO-2710/9/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawca w dniu 14 września 2018 r. zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **1. Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 200 000,00 brutto lub co najmniej jednego zamówienia na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 300 000,00 brutto i co najmniej jednego zamówienia na dostawę aparatury medycznej (np. ultrasonografu, echokardiografu) za kwotę min. 300 000,00 brutto?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uzna spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienia na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 300 000,00 brutto.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, a także na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Rozdział V.1.3 otrzymuje brzmienie:

#### **1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa**

##### **1.3.1 Określenie warunków:**

- a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaza, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej **jedno** zamówienie na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 300 000,00 zł brutto.

Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:

- 1) zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
- 2) zamówienie zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

1.3.2 Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.3.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w rozdziale V.1.3.1.a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

## **2. Pytanie nr 2:**

Dotyczy pkt. III.6.

Proszę o usunięcie zapisu „Przeniesienie bazy z wynikami na nowy system”. Z posiadanej przez nas wiedzy obecnie posiadają Państwo densytometr Stratos. Na obecną chwilę jeden z liderów rynku densytometrów nie posiada możliwości przeniesienia danych z ww. aparatu na swoją platformę. Usunięcie tego zapisu pozwoli nam zaoferować Państwu wysokiej klasy densytometr kostny.

### **Odpowiedź:**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Zamawiający usuwa pkt. III.6. Załącznika nr 2 do SIWZ: „Przeniesienie bazy z wynikami na nowy system”.

## **3. Pytanie nr 3:**

Dotyczy pkt. III.7.

Proszę o informację czy obecnie używany densytometr jest sprawny. W przypadku awarii, niesprawności ww. densytometru proszę o usunięcie wymogu „Wykonanie krzyżowej kalibracji systemów”. Wykonanie takiej kalibracji jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Państwa w pełni sprawnego systemu.

### **Odpowiedź:**

Obecnie używany densytometr przez Zamawiającego nie jest sprawny.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, a także na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:  
Zamawiający usuwa pkt. III.7. Załącznika nr 2 do SIWZ: „Wykonanie krzyżowej kalibracji systemów”


4. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

Rozdział XII otrzymuje brzmienie:

#### **XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia**

1. Oferty należy złożyć na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3A, 35 – 310 Rzeszów, pok. 8 (Sekretariat), w terminie do **21 września 2018 r. do godziny 11:00**. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, ul. Warzywna 3A, 35 – 310 Rzeszów, pok. 4 w dniu **21 września 2018 r. o godzinie 11:30**.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie  
  
Barbara Rogowska